

Concurso Público 2015

Padrão Resposta às Questões Discursivas Técnico de Laboratório – Biomedicina/Patologia Bucal

Questão 1

- a) 1. Inadequação entre o tamanho do espécime e o tamanho do recipiente;
2. Quantidade inadequada de fixador;
3. Fixador inadequado.
- b) 1. Armazenar o espécime em recipiente adequado, de boca larga e tamanho proporcional às suas dimensões;
2. Armazenar o espécime em quantidade de fixador, no mínimo, de 10 vezes o seu volume;
3. Armazenar o espécime em solução de formalina tamponada a 10%.

Questão 2

- a) 1. Excesso de material no cassete;
2. Rasura na identificação do registro do espécime.
- b) 1. Separar o material em mais de um cassete/bloco;
2. Escrever de forma legível o registro no cassete.
- c) Processamento do tecido; inclusão; microtomia; coloração; montagem.

Questão 3

- a) Artefato de técnica decorrente do uso de lâmina de navalha inadequada (“corte navalhado”) e/ou espécime inadequadamente descalcificado.
- b) Descalcificação e microtomia.
- c) Obter novos cortes após trocar/afiar a navalha.

Questão 4

- a)** 1. Secção do espécime em fragmentos menores;
2. Colocação do material em solução descalcificadora.

Justificativa: Espécimes contendo material mineralizado devem ser submetidos a descalcificação prévia ao processamento, inclusão e microtomia. Caso o fragmento seja grande, deverá ser seccionado em fragmentos com espessura menor que 5 mm para que o processo de descalcificação seja adequado.

- b)** Após a descalcificação, todas as etapas laboratoriais devem seguir as mesmas normas do processamento convencional, processamento, inclusão e microtomia, sem necessidade de alterações adicionais.